

**Diagnostiques Ballbar (%)****RENISHAW****XY 360Deg 100mm Calibré 20230811-150727.b5r-44**

Opérateur: jysan

Machine: Cartier P005TJ471

Date: 2023-août-11 15:07:27

QC20-W: 3E9Y46, Dernière calibration: 2021-04-26

49%	Différence d'échelle	19,6µm
9%	Rectitude Y	-3,7µm
7%	Erreur cyclique X	↑1,4µm ↓1,2µm
6%	Pics d'inversion Y	▲1,1µm ▼1,0µm
5%	Equerrage	-9,7µm/m

Tolérance de position	44,6µm
Rayon parfait	100,0059mm
Circularité	14,3µm

