

Diagnostiques Ballbar (%)**RENISHAW****YZ 220Deg 100mm Calibré 20230811-151127**

Opérateur: jysan

Machine: Cartier P005TJ471

Date: 2023-août-11 15:11:27

QC20-W: 3E9Y46, Dernière calibration: 2021-04-26

33% Equerrage

-38,1 μ m/m

16% Pics d'inversion Y

▶ 1,2 μ m◀ 1,9 μ m

11% Jeu à l'inversion Z

▲ -1,2 μ m

10% Pics d'inversion Z

▲ 1,1 μ m

10% Erreur cyclique Y

↑ 1,1 μ m↓ 1,2 μ mRayon parfait
Circularité99,9997mm
10,3 μ m